

# 旋光計

【メーカー】:日本分光

【型式】:DIP-370

【設置場所】:理工学部 9 号館 2 階 208 号室

## 【仕様】

- ・角度範囲:±90 度
- ・測定精度:±0.002%(±1 度まで)、±0.2% (±1 度以上)
- ・応答速度:4 度/sec
- ・光源:ナトリウムランプ (589 nm)
- ・光路長:100 mm
- ・積分時間:0~99 秒

## 【機器説明】

液体サンプルの旋光度、非旋光度、糖度、旋光度を測定。

